





## 2018 年 3 月 23 日实验室安全与环保检查情况汇总

楼名 / 房间	安全隐患	整改情况	整改前	整改后
西四教	废液，废桶，废纸箱堆积	已提醒	  	
西四教	钢瓶未固定	已提醒		

逸夫楼	插排连接大功率设备	已提醒		
学院副楼	钢瓶未固定	已提醒		
学院副楼	无人看守	已提醒		
学院副楼 113	线板接多个大功率用电器	已整改		

学院主楼 315	冷冻干燥机接线板使用	已提醒	
学院主楼 413	插线板放在木质箱子与纸箱间	已整改	