


2018年6月1日高分子学院实验室安全与环保检查情况表



检查时间	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	05.25 检查图片	06.01 检查图片
20180601	西四教 316B	1: 实验结束时, 切断电源(有特殊用电要求的除外) 2: 实验室无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)长期堆放	1: 吹风用完未拔 2: 箱子堆积较乱	1: 已整改 2: 已整改		
						

<p>20180601</p>	<p>西四教 305</p>	<p>1: 及时处置实验室过期试剂、废液等危废, 并完善危废处置档案 2: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) 长期堆放 3: 实验室内不放无关物品,</p>	<p>1: 废液堆积较多 2: 箱子堆积较多, 卫生较差 3: 实验室内有破坏设备未处理</p>	<p>1: 第二次提醒 2: 已提醒 3: 已提醒</p>		
						
						



20180601	西四教	<p>1: 实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放</p> <p>2: 实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品</p>	<p>1: 实验室内箱子堆积较多</p> <p>2: 堵塞安全通道</p>	<p>1: 已提醒</p> <p>2: 已提醒</p>		 
----------	-----	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





						
20180601	西四教 423	实验操作人员实验时 不脱岗；实验室不存在 门开着而无人在场现 象	实验室无人值守	已整改		

<p>20180601</p>	<p>西四教</p>	<p>实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象</p>	<p>实验室无人值守</p>	<p>已整改</p>		
<p>20180601</p>	<p>西四教 424</p>	<p>1: 实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象 2: 实验物料保存应有专用空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；试剂柜中不能有电源插座或接线板；必须有专人管理，并有动态台账，且帐物相符</p>	<p>1: 实验室无人值守 2: 动态清单仍未补充</p>	<p>1: 第二次提醒 2: 已整改</p>		


20180601	西四教	1: 实验室消防通道通畅,公共通道不堆放仪器、物品 2: : 实验室卫生状况良好,物品摆放有序;实验完毕物品归位,桌面整洁	1: 堵塞安全通道 2: 实验室卫生太差	1: 已提醒 2: 已提醒		 
----------	-----	------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>20180601</p>	<p>西 四 教 428</p>	<p>1: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、 破仪器、破家具等)长期 堆放</p>	<p>1: 箱子堆积较多</p>	<p>1: 第二次提醒</p>		
<p>20180601</p>	<p>西 四 教 230</p>	<p>1: 及时处置实验室过 期试剂、废液等危废, 并完善危废处置档案 2: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、 破仪器、破家具等)长期 堆放</p>	<p>1: 废液堆积较多 2: 箱子堆积较多</p>	<p>1: 第二次提醒 2: 已提醒</p>		

						
<p>20180601</p>	<p>西四教</p>	<p>1: 实验室消防通道通畅, 公共通道不堆放仪器、物品 2: 及时处置实验室过期试剂、废液等危废, 并完善危废处置档案</p>	<p>1: 堵塞安全通道 2: 实验室废液, 箱子堆积较多</p>	<p>1: 已提醒 2: 已提醒</p>		 

<p>20180601</p>	<p>西四教</p>	<p>1: 实验室卫生状况良好, 物品摆放有序; 实验完毕物品归位, 桌面整洁 2: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) 长期堆放</p>	<p>1: 实验室台面台下摆放太乱 2: 箱子堆积较多</p>	<p>1: 已提醒 2: 已提醒</p>		
<p>20180601</p>	<p>逸夫楼 401</p>	<p>实验操作人员实验时不脱岗; 实验室不存在门开着而无人在场现象</p>	<p>实验室无人值守</p>	<p>第二次提醒</p>		


20180601	逸夫楼	配电柜/箱无物品遮挡, 操作方便; 配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放	在配电箱附近摆放较多箱子	已提醒		
20180601	逸夫楼	实验物料保存应有专用空间 (储藏室、储藏区、储存柜等), 应通风、隔热、避光、安全	摆放试剂的架子不牢固	已提醒		

2018 年 6 月 9 号实验室安全与环保检查情况表

单 位: 高分子学院西四教、逸夫楼 检查成员: 李鑫





情况备注:

检查时间	楼名/房间	负责人	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.01 检查图片	06.07 检查图片
20180607	西四教 305	徐云祥	1: 及时处置实验室过期试剂、废液等危废, 并完善危废处置档案 2: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) 长期堆放 3: 实验室内不放无关物品,	1: 废液堆积较多 2: 箱子堆积较多, 卫生较差 3: 实验室内有破坏设备未处理	1: 已提醒 (第二次); 已经表示立即处理; 2: 已整改 3: 已整改		
							

							
20180607	西四教 415C	罗祥林	1: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、 破仪器、破家具等)长 期堆放 2: 实验室消防通道通 畅,公共通道不堆放仪 器、物品	1: 实验室内箱子堆积较 多 2: 堵塞安全通道	1: 已提醒 2: 已整改		

以人为本、安全第一

安全责任、重于泰山





<p>20180607</p>	<p>西四教 427</p>	<p>吴锦荣</p>	<p>1: 实验室消防通道通畅, 公共通道不堆放仪器、物品 2: : 实验室卫生状况良好, 物品摆放有序; 实验完毕物品归位, 桌面整洁</p>	<p>1: 堵塞安全通道 (黄色柜子); 已经表示立即整改; 2: 实验室卫生太差</p>	<p>1: 已提醒 (第三次) 2: 部分整改</p>		
 							

以人为本、安全第一




安全责任、重于泰山

--	--	--	--	--	--





20180607	西 四 教 428	赵长生	<p>1: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、 破仪器、破家具等)长期 堆放</p> <p>2: 实验室消防通道通畅, 公共通道不堆放仪器、 物品</p>	<p>1: 箱子堆积较多</p> <p>2: 堵塞安全通道(烘箱)</p>	<p>1: 已提醒(第三次次); 实验室已下定决心立即 整改;</p> <p>2: 已提醒</p>				
----------	--------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------


<p>20180607</p>	<p>西 四 教 230</p>	<p>杨鸣波</p>	<p>1: 及时处置实验室过期试剂、废液等危废, 并完善危废处置档案 2: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) 长期堆放</p>	<p>1: 废液堆积较多 2: 箱子堆积较多</p>	<p>1: 已提醒 (第二次) 2: 已提醒 (第二次)</p>		
<p>20180607</p>	<p>西 四 教 320</p>	<p>罗祥林</p>	<p>1: 实验室消防通道通畅, 公共通道不堆放仪器、物品 2: 及时处置实验室过期试剂、废液等危废, 并完善危废处置档案 3: 化学药品应储存在</p>	<p>1: 堵塞安全通道 2: 实验室废液, 箱子堆积较多 3: 在通风橱内长时间存放化学试剂</p>	<p>1: 已整改 2: 已提醒 3: 已提醒</p>		

			合适的高度（不宜高过头顶），通风橱内不得储存化学药品				
							
	西四教 304B	冉蓉	1: 实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实	1: 实验室台面台下摆放太乱 2: 箱子堆积较多	1: 已提醒 2: 已整改		

20180607			验完毕物品归位，桌面整洁 2：实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放				
20180607	逸夫楼 401	余喜讯	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象	实验室无人值守	已整改		
20180607	逸夫楼 605	廖霞	配电柜/箱无物品遮挡，操作方便；配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放	在配电箱附近摆放较多箱子	已整改		

20180607	逸夫楼 603	王跃川	实验物料保存应有专用空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全	摆放试剂的架子不牢固	已整改		
----------	------------	-----	-----------------------------------------	------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


2018年6月7号实验室安全与环保检查情况表

检查时间	楼名/房间	负责人	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.01 检查图片	06.07 检查图片
20180607	西四教305	徐云祥	1: 及时处置实验室过期试剂、废液等危废, 并完善危废处置档案 2: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) 长期堆放 3: 实验室内不放无关物品,	1: 废液堆积较多 2: 箱子堆积较多, 卫生较差 3: 实验室内有破坏设备未处理	1: 已提醒 (第二次); 已经表示立即处理; 2: 已整改 3: 已整改		
							
							

20180607	西四教 415C	罗祥林	1: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、 破仪器、破家具等)长 期堆放 2: 实验室消防通道通 畅,公共通道不堆放仪 器、物品	1: 实验室内箱子堆积较 多 2: 堵塞安全通道	1: 已提醒 2: 已整改		
   							

20180607	西四教 427	吴锦荣	1: 实验室消防通道通畅, 公共通道不堆放仪器、物品 2: : 实验室卫生状况良好, 物品摆放有序; 实验完毕物品归位, 桌面整洁	1: 堵塞安全通道 (黄色柜子); 已经表示立即整改; 2: 实验室卫生太差	1: 已提醒 (第三次) 2: 部分整改		
							
							
							

20180607	西四教 428	赵长生	1: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、 破仪器、破家具等)长 期堆放 2: 实验室消防通道通 畅, 公共通道不堆放仪 器、物品	1: 箱子堆积较多 2: 堵塞安全通道(烘箱)	1: 已提醒(第三次 次); 实验室已下 定决心立即整改; 2: 已提醒				
----------	------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

20180607	西四教 230	杨鸣波	1: 及时处置实验室过期试剂、废液等危废, 并完善危废处置档案 2: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) 长期堆放	1: 废液堆积较多 2: 箱子堆积较多	1: 已提醒 (第二次) 2: 已提醒 (第二次)		
							



<p>20180607</p>	<p>西四教 320</p>	<p>罗祥林</p>	<p>1: 实验室消防通道通畅, 公共通道不堆放仪器、物品 2: 及时处置实验室过期试剂、废液等危废, 并完善危废处置档案 3: 化学药品应储存在合适的高度(不宜高过头顶), 通风橱内不得储存化学药品</p>	<p>1: 堵塞安全通道 2: 实验室废液, 箱子堆积较多 3: 在通风橱内长时间存放化学试剂</p>	<p>1: 已整改 2: 已提醒 3: 已提醒</p>		
							
							

<p>20180607</p>	<p>西四教 304B</p>	<p>冉蓉</p>	<p>1: 实验室卫生状况良好, 物品摆放有序; 实验完毕物品归位, 桌面整洁 2: 实验室无废弃物品 (如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) 长期堆放</p>	<p>1: 实验室台面台下摆放太乱 2: 箱子堆积较多</p>	<p>1: 已提醒 2: 已整改</p>		
<p>20180607</p>	<p>逸夫楼 401</p>	<p>余喜讯</p>	<p>实验操作人员实验时不脱岗; 实验室不存在门开着而无人现象</p>	<p>实验室无人值守</p>	<p>已整改</p>		

<p>20180607</p>	<p>逸夫楼 605</p>	<p>廖霞</p>	<p>配电柜/箱无物品遮挡，操作方便；配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放</p>	<p>在配电箱附近摆放较多箱子</p>	<p>已整改</p>		
<p>20180607</p>	<p>逸夫楼 603</p>	<p>王跃川</p>	<p>实验物料保存应有专用空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全</p>	<p>摆放试剂的架子不牢固</p>	<p>已整改</p>		


20180607	主楼 310	李洁华	实验室消防通道通畅， 公共通道不堆放仪器、 物品	堵塞安全通道	已提醒（第二次）		
20180607	主楼 317	李洁华	实验室消防通道通畅， 公共通道不堆放仪器、 物品	堵塞安全通道	已提醒（第二次）		

<p>20180607</p>	<p>主楼 407</p>	<p>杨其</p>	<p>实验物料保存应有专用空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；试剂柜中不能有电源插座或接线板；必须有专人管理，并有动态台账，且帐物相符</p>	<p>冰箱物品清单未粘</p>	<p>已整改</p>		
<p>20180607</p>	<p>主楼 408</p>	<p>杨其</p>	<p>实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放</p>	<p>箱子杂物未清理</p>	<p>已提醒（第二次）</p>		

20180607	主楼 416	李瑞海	实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	由于实验室搬迁，出现柜子堵路现象	已提醒		
20180607	副楼 115	黄光速	实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆积	实验室杂乱无章，各种废弃设备堆积，场面混乱	已提醒		

以人为本、安全第一

安全责任、重于泰山

							
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------

2018年6月15日高分子科学与工程学院实验室安全与环保检查情况表

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
高材系	西四教305	1、及时处置实验室过期试剂、废液等危废，并完善危废处置档案	1、废液堆积较多	1、已整改		
		2、实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	2、箱子堆积较多，卫生较差	2、已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
高材系	西四教304B	1、实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁	1、实验室台面台下摆放太乱	1、已整改		
		2、实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	2、箱子堆积较多	2、已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
高材系	逸夫楼 603	实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	实验室箱子堆积较多	已提醒		
	主楼 415	及时处置实验室过期试剂、废液等危废，并完善危废处置档案	废旧试剂瓶未及时处理	已提醒		
	主楼 416	实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	由于实验室搬迁，出现柜子堵路现象	第三次提醒（安全管理责任人已表态立即整改）		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
高材系	附楼 115	实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆积	实验室杂乱无章，各种废弃设备堆积，场面混乱	已提醒		
	附楼 313	实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	箱子杂物未清理	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
生医系	西四教415C	1、实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	1、实验室内箱子堆积较多	1、已整改		
		2、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	2、堵塞安全通道	2、已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
生医系	西四教428	1、实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放 2、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	1、箱子堆积较多 2、堵塞安全通道	1、已部分整改（已提醒）		



所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
				2、已部分整改		
生医系	主楼 310	实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	堵塞安全通道	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
生医系	西四教320	1、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	1、堵塞安全通道	1、已整改		
		2、及时处置实验室过期试剂、废液等危废，并完善危废处置档案	2、实验室废液，箱子堆积较多 存放化学试剂	2、已整改		
		3、化学药品应储存在合适的高度（不宜高过头顶），通风橱内不得储存化学药品	3:在通风橱内长时间	3、已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
生医系	主楼	实验结束，切断电源	吹风用完未拔	已提醒并即时整改		
	主楼 317	实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	堵塞安全通道	第二次提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.07 检查图片	06.15 检查图片
加工系	主楼 408	实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	箱子杂物未清理	第三次提醒（安全管理责任人已表态立即整改）		
	附楼 310	实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	由于实验室装修，出现材料堆积	已提醒		

2018年6月22日高分子科学与工程学院实验室安全与环保检查情况表

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	主楼 415	1、及时处置实验室过期试剂、废液等危废，并完善危废处置档案	1、废旧试剂瓶未及时处理	1、已提醒		
		2、实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁	2、卫生较差	2、已提醒		





所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	主楼 415	3、气体钢瓶应当靠墙直立放置，并采取防止倾倒措施	3、钢瓶未固定	已提醒		
		4、实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象	4、实验室无人值守	已提醒		




所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	附楼 205	1、钢瓶表面要有合格证、气体名称标签、颜色标识、装有减压阀	气瓶无合格证	已提醒		
	附楼 304	1、钢瓶表面要有合格证、气体名称标签、颜色标识、装有减压阀	气瓶无标签	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
	附楼 313	1、实验室无废弃物（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	1、箱子杂物未清理	已整改		
高材系	西四教 305	1、实验室无废弃物（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	1、箱子堆积较多	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	西四教 304B	1、实验结束时，切断电源（有特殊用电要求的除外）	1、吹风机用完未拔插头	已提醒		
	西四教 423	1、实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象	1、实验室无人值守	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	西四教 417B	1、实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象	实验室无人值守	已提醒		
	逸夫楼 603	1、实验室无废弃物（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	1、实验室箱子堆积较多	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
生医系	主楼 313	1、实验结束时，切断电源	1、吹风用完未拔	已整改		
生医系	主楼 317	1、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	1、堵塞安全通道	已整改		


所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
	主楼 317	2、实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	2、箱子杂物未清理	已提醒		
生医系	附楼 311	1、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	1、由于实验室装修，出现材料堆积	已部分整改，已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
生医系	附楼 211	1、实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁	1、卫生不好，未及时清理垃圾	已提醒		
		2、钢瓶表面要有合格证、气体名称标签、颜色标识、装有减压阀	2、气瓶无标签和合格证	已提醒		



所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
生医系	西四教428	1、实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	1、箱子堆积较多	已整改		
		2、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	2、堵塞安全通道	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
生医系	西四教428	3、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	3、设备报废、堵塞安全通道	已整改		
		4、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	4、堵塞安全通道	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
加工系	主楼 407	1、实验物料保存应有专用空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；试剂柜中不能有电源插座或接线板；必须有专人管理，并有动态台账，且帐物相符	冰箱物品清单未粘	已提醒		
	主楼 408	1、实验室无废弃物（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	箱子杂物未清理	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
加工系	西四教202	1、实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象	1、实验室无人值守	已提醒		

2018年6月22日高分子科学与工程学院实验室安全与环保检查情况表

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	主楼 415	5、及时处置实验室过期试剂、废液等危废，并完善危废处置档案	1、废旧试剂瓶未及时处理	1、已提醒		
		6、实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁	2、卫生较差	2、已提醒		





所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	主楼 415	7、气体钢瓶应当靠墙直立放置，并采取防止倾倒措施	3、钢瓶未固定	已提醒		
		8、实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象	4、实验室无人值守	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	附楼 205	2、钢瓶表面要有合格证、气体名称标签、颜色标识、装有减压阀	气瓶无合格证	已提醒		
	附楼 304	2、钢瓶表面要有合格证、气体名称标签、颜色标识、装有减压阀	气瓶无标签	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
	附楼 313	2、实验室无废弃物（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	1、箱子杂物未清理	已整改		
高材系	西四教 305	1、实验室无废弃物（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	1、箱子堆积较多	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	西四教 304B	1、实验结束时，切断电源（有特殊用电要求的除外）	1、吹风机用完未拔插头	已提醒		
	西四教 423	1、实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象	1、实验室无人值守	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
高材系	西四教 417B	1、实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象	实验室无人值守	已提醒		
	逸夫楼 603	1、实验室无废弃物（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	1、实验室箱子堆积较多	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
生医系	主楼 313	1、实验结束时，切断电源	1、吹风用完未拔	已整改		
生医系	主楼 317	1、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	1、堵塞安全通道	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
	主楼 317	2、实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	2、箱子杂物未清理	已提醒		
生医系	附楼 311	2、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	1、由于实验室装修，出现材料堆积	已部分整改，已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
生医系	附楼 211	1、实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁	1、卫生不好，未及时清理垃圾	已提醒		
		2、钢瓶表面要有合格证、气体名称标签、颜色标识、装有减压阀	2、气瓶无标签和合格证	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
生医系	西四教428	1、实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	1、箱子堆积较多	已整改		
		2、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	2、堵塞安全通道	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
生医系	西四教428	3、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	3、设备报废、堵塞安全通道	已整改		
		4、实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	4、堵塞安全通道	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
加工系	主楼 407	1、实验物料保存应有专用空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；试剂柜中不能有电源插座或接线板；必须有专人管理，并有动态台账，且帐物相符	冰箱物品清单未粘	已提醒		
	主楼 408	1、实验室无废弃物（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	箱子杂物未清理	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	06.15 检查图片	06.22 检查图片
加工系	西四教202	1、实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象	1、实验室无人值守	已提醒		